

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Veldmetingen								
Chloor (totaal)	232	Spectrofometrie	Conform NEN-EN-ISO 7393-2	Drinkwater Grondwater Chloorwater Proceswater Dialysewater	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	NA NA NA NA NA	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	
Chloor (vrij beschikbaar)	231	Spectrofotometrie	Conform NEN-EN-ISO 7393-2	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	NA NA NA NA NA NA NA	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q
Doorzicht m.b.v. Secchi-schijf	1097	Meting m.b.v. Secchi schijf		Oppervl-water	5	NA	cm	
Geleidingsvermogen bij 20C (EGV), in situ	1087	Conductometrie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	NA NA NA NA NA NA	mS/m mS/m mS/m mS/m mS/m mS/m	Q
Smaak (in situ)	158	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater IJS	NA NA NA NA NA NA NA			
Geur	158	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	NA NA NA NA NA NA			

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Geur	158	Organoleptisch	Eigen methode	IJS		NA		
Temperatuur, in situ	374	Meting m.b.v. digitale thermometer	Conform NEN 6414	Drinkwater	1	NA	°C	Q
				Grondwater	1	NA	°C	Q
				Oppervl-water	1	NA	°C	Q
				Chloorwater	1	NA	°C	Q
				Proceswater	1	NA	°C	Q
				Afvalwater	1	NA	°C	Q
Zuurgraad (pH), in situ	375	Potentiometrie	Eigen methode	Drinkwater	4.00	NA	pH	Q
				Grondwater	4.00	NA	pH	Q
				Oppervl-water	4.00	NA	pH	Q
				Chloorwater	4.00	NA	pH	Q
				Proceswater	4.00	NA	pH	Q
				Afvalwater	4.00	NA	pH	Q
Fysisch Chemisch								
Ammonium	166	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Grondwater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Oppervl-water	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Chloorwater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Proceswater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Afvalwater	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
				Extra gezuiverd wate	0.03	P519	mg NH4 / l	Q
Ammonium, na in situ filtratie (0,45µm)	704	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Grondwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Oppervl-water	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Chloorwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Proceswater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
				Afvalwater	0.03	BU31	mg NH4 / l	Q
Alpha Radioactiviteit	631	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Drinkwater	0.04	JC21	Bq/l	Q
				Grondwater	0.04	JC21	Bq/l	Q
				Oppervl-water	0.04	JC21	Bq/l	Q
				Proceswater	0.04	JC21	Bq/l	Q
Radioactiviteit , totaal beta	349	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Grondwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Oppervl-water	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Chloorwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Proceswater	0.1	JC21	Bq/l	Q
Radioactiviteit , rest beta	349	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
				Grondwater	0.1	JC21	Bq/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Radioactiviteit , rest beta	349	Radioactiviteitsmeting	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	JC21	Bq/l	Q
Bezinkselvolume volgens Imhoff	176	Volgens Imhoff	Conform NEN 6623	Chloorwater	0.1	JC21	Bq/l	Q
Bromide	706	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Proceswater	0.2	JC21	Bq/l	Q
Broom totaal	1211	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G111	ml/l	
Carbonaat	151	Titrimetrie	Eigen methode	Grondwater	0.1	P519	mg/l	Q
Chloraat	955	Ionchromotograaf	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	Q
Chloride	164	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Chloorwater	0.05	P519	mg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Chloride	164	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Afvalwater	3	P519	mg/l	
Chloride, na in situ filtratie (0,45µm)	708	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Extra gezuiverd water	3	P519	mg/l	Q
				Drinkwater	3	BU31	mg/l	Q
				Grondwater	3	BU31	mg/l	Q
				Oppervl-water	3	BU31	mg/l	Q
				Chloorwater	3	BU31	mg/l	Q
				Proceswater	3	BU31	mg/l	
				Afvalwater	3	BU31	mg/l	
Chloriet	1401	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.05	EX99	mg/l	
				Grondwater	0.05	EX99	mg/l	
				Oppervl-water	0.05	EX99	mg/l	
				Chloorwater	0.05	EX99	mg/l	
				Proceswater	0.05	EX99	mg/l	
				Afvalwater	0.05	EX99	mg/l	
Chroom VI	1005	Ionchromotograaf	Gebaseerd op EPA 218.7	Drinkwater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Grondwater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Oppervl-water	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Proceswater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
				Afvalwater	0.5	P341	µg Cr6+/l	
				Dialysewater	0.05	P341	µg Cr6+/l	
Cyanide, totaal	170	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Drinkwater	2	P322	µg/l	Q
				Grondwater	2	P322	µg/l	Q
				Oppervl-water	2	P322	µg/l	Q
				Proceswater	2	P322	µg/l	
				Afvalwater	2	P322	µg/l	
Cyanide, vrij	1188	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Drinkwater	2	P322	µg/l	
				Grondwater	2	P322	µg/l	
				Oppervl-water	2	P322	µg/l	
				Chloorwater	2	P322	µg/l	
				Proceswater	2	P322	µg/l	
				Afvalwater	2	P322	µg/l	
				IJS	2	P322	µg/l	
Cyanuurzuur	156	Spectrofotometrie	Gelijkwaardig aan NEN 6493	Chloorwater	1	P320	mg/l	Q
Deeltjesgrootte verdeling	980	Laserdiffraactie	Eigen methode	Grondwater	0.01	P133	µm	
				Oppervl-water	0.01	P133	µm	
				Proceswater	0.01	P133	µm	
				Afvalwater	0.01	P133	µm	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Deeltjesgrootte verdeling	980	Laserdiffractie	Eigen methode	Vastmateriaal	0.01	P625	µm	
				DWC onschadelyk	0.01	P625	µm	
Fluoride	172	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	Q
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P519	mg/l	
				Dialysewater	0.05	P519	mg/l	
				Extra gezuiverd wat	0.05	P519	mg/l	Q
Fluoride, na in situ filtratie (0,45µm)	709	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater	0.05	BU31	mg/l	Q
				Grondwater	0.05	BU31	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	BU31	mg/l	Q
				Chloorwater	0.05	BU31	mg/l	
				Proceswater	0.05	BU31	mg/l	
				Afvalwater	0.05	BU31	mg/l	
Fosfaat, ortho	168	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.03	P519	mg PO4 / I	Q
				Grondwater	0.03	P519	mg PO4 / I	Q
				Oppervl-water	0.03	P519	mg PO4 / I	Q
				Chloorwater	0.03	P519	mg PO4 / I	
				Proceswater	0.03	P519	mg PO4 / I	
				Afvalwater	0.03	P519	mg PO4 / I	
				Extra gezuiverd wat	0.05	BU31	mg PO4/I	
Fosfaat-totaal	626	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G508	mg PO4 / I	
				Grondwater	0.05	G508	mg PO4 / I	
				Oppervl-water	0.05	G508	mg PO4 / I	
				Proceswater	0.05	G508	mg PO4 / I	
				Afvalwater	0.05	G508	mg PO4 / I	
				Dialysewater	0.1	G508	mg PO4 / I	
				Extra gezuiverd wat	0.1	G508	mg PO4	
Fosfaat-totaal-P	626	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G508	mg P/I	
				Grondwater	0.02	G508	mg P/I	
				Oppervl-water	0.02	G508	mg P/I	
				Proceswater	0.02	G508	mg P/I	
				Afvalwater	0.02	G508	mg P/I	
				Dialysewater	0.04	G508	mg P/I	
				Extra gezuiverd wat	0.04	G508	mg P/I	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Geleidingsvermogen 20C (EGV)	116	Conductometrie	Conform NEN-ISO 7888	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	P519 P519 P519 P519 P519 P519 P519	mS/m mS/m mS/m mS/m mS/m mS/m mS/m	Q Q Q Q Q Q Q
Gesuspendeerde Stoffen m.b.v. glasvezelfilter	249	Gravimetrie	Conform NEN-EN 872	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater IJS	1 1 1 1 1 1 1	G111 G111 G111 G111 G111 G111 P202	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q Q
Gesuspendeerde stoffen m.b.v. Membraanfilter	1270	Gravimetrie	Conform NEN 6484	Drinkwater Grondwater Oppervl-water IJS	5 5 5 5	G111 G111 G111 P202	mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q
Geur (semi-kwantitatief)	591	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0 0	G512 G512	%	
Geur en smaak (panel)	590	Organoleptisch	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0 0	G512 G512	%	
Gloeirest	248	Gravimetrie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	G111 G111 G111 G111 G111 G111	% m/m % m/m % m/m % m/m % m/m % m/m	
Gloeirest van de Droogrest	250	Gravimetrie	Eigen methode	Proceswater Afvalwater Vastmateriaal Afzetting	2 2 2 2	P625 P625 P625 P625	% m/m % m/m % m/m % m/m	
Gloeirest van de gesuspendeerde stoffen (550°C)	1318	Gravimetrie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	2 2 2 2 2	G111 G111 G111 G111 G111	% % % % %	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Gloeirest van de gesuspendeerde stoffen (550°C)	1318	Gravimetrie	Eigen methode	Afvalwater	2	G111	%	
				Vastmateriaal	2	G111	%	
				IJS	2	P202	%	
Fotometrische bepaling van het gehalte aan Fe2+	1528	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P325	mg/l	
				Grondwater	0.01	P325	mg/l	
				Proceswater	0.01	P325	mg/l	
Indamprest (180°C)	247	Gravimetrie	Eigen methode	Drinkwater	5	G111	mg/l	
				Grondwater	5	G111	mg/l	
				Oppervl-water	5	G111	mg/l	
				Chloorwater	5	G111	mg/l	
				Proceswater	5	G111	mg/l	
				Afvalwater	5	G111	mg/l	
				Extra gezuiverd water	5	G111	mg/l	
Indamprest (260°C)	1271	Gravimetrie	Eigen methode	Drinkwater	5	G111	mg/l	
				Grondwater	5	G111	mg/l	
				Oppervl-water	5	G111	mg/l	
Jodide	1402	Ionchromatograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P519	mg/l	
Kaliumpermanganaatverbruik	245	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Drinkwater	2	P320	mg KMnO4/I	Q
				Grondwater	2	P320	mg KMnO4/I	Q
				Oppervl-water	2	P320	mg KMnO4/I	Q
				Chloorwater	2	P320	mg KMnO4/I	Q
				Proceswater	2	P320	mg KMnO4/I	
Kleurintensiteit (455 nm)	155	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	3	P519	mg Pt/Co/I	Q
				Grondwater	3	P519	mg Pt/Co/I	Q
				Oppervl-water	3	P519	mg Pt/Co/I	Q
				Chloorwater	3	P519	mg Pt/Co/I	
				Proceswater	3	P519	mg Pt/Co/I	
				Afvalwater	3	P519	mg Pt/Co/I	
				IJS	5	P519	mg Pt/Co/I	
				Extra gezuiverd water	3	P519	mg/l Pt-Co	Q
Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm)	710	Spectrofotometrie	Eigen methode	Drinkwater	3	P519	mg Pt/Co/I	Q
				Grondwater	3	P519	mg Pt/Co/I	Q
				Oppervl-water	3	P519	mg Pt/Co/I	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Kleurintensiteit (455nm) na filtratie (0,45µm)	710	Spectrofotometrie	Eigen methode	Proceswater	3	P519	mg Pt/Co/l	
m-getal	978	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P519	mmol/l	
				Grondwater	0.01	P519	mmol/l	
				Chloorwater	0.01	P519	mmol/l	
				Proceswater	0.01	P519	mmol/l	
Nitraat	118	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	1.0	P519	mg NO3 / l	Q
				Grondwater	1.0	P519	mg NO3 / l	Q
				Oppervl-water	1.0	P519	mg NO3 / l	Q
				Chloorwater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Proceswater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Afvalwater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Dialysewater	1.0	P519	mg NO3 / l	
				Extra gezuiverd water	1.0	P519	mg/l NO3	Q
Nitraat laag	1261	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
				Grondwater	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
				Oppervl-water	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
				Proceswater	0.1	P519	mg NO3 / l	
				Dialysewater	0.1	P519	mg NO3 / l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P519	mg NO3 / l	Q
Nitriet	117	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P519	mg NO2 / l	Q
				Grondwater	0.01	P519	mg NO2 / l	Q
				Oppervl-water	0.01	P519	mg NO2 / l	Q
				Chloorwater	0.01	P519	mg NO2 / l	
				Proceswater	0.01	P519	mg NO2 / l	
				Afvalwater	0.01	P519	mg NO2 / l	
				Extra gezuiverd water	0.01	P519	mg/l NO2	Q
p-getal	237	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P519	mmol/l	
				Grondwater	0.01	P519	mmol/l	
				Chloorwater	0.01	P519	mmol/l	
				Proceswater	0.01	P519	mmol/l	
Perchloraat	1400	Ionchromotograaf	Eigen methode	Drinkwater	0.05	P519	mg/l	
				Grondwater	0.05	P519	mg/l	
				Oppervl-water	0.05	P519	mg/l	
				Chloorwater	0.05	P519	mg/l	
				Proceswater	0.05	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.05	P519	mg/l	
Silicaat	714	Spectrofotometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P519	mg Si / l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
Silicaat	714	Spectrofometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P519 P519 P519 P519 P519 P519	mg Si / l mg Si / l	Q Q Q Q Q Q
Sulfaat	715	Spectrofometrie m.b.v. discreetanalyser	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	2 2 2 2 2 2 2	P519 P519 P519 P519 P519 P519 P519	mg SO4 / l mg SO4 / l	Q Q Q Q Q Q Q
Sulfaat laag	1262	Ionchromotograaf	Conform NEN-EN-ISO-10304-1	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater	0.5 0.5 0.5 0.5	P519 P519 P519 P519	mg SO4 / l mg SO4 / l mg SO4 / l mg SO4 / l	Q
Sulfiet	1272	Titrimetrie	Conform NEN 6545	Drinkwater Grondwater Proceswater	1 1 1	G337 G337 G337	mg/l mg/l mg/l	
Thiocyanaat	1189	Niet van toepassing	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater IJS	1 1 1 1 1 1 1	P322 P322 P322 P322 P322 P322 P322	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Troebelingsgraad	154	Nefelometrie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	P519 P519 P519 P519 P519 P519	FTE FTE FTE FTE FTE FTE	Q Q Q Q Q Q
UV-extinctie	261	Spectrofometrie	Eigen methode	Extra gezuiverd water Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.1 0.2 0.2 0.2	P519 P519 P519 P519	1 / m 1 / m 1 / m 1 / m	Q Q Q Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fysisch Chemisch								
UV-extinctie	261	Spectrofotometrie	Eigen methode	Chloorwater	0.2	P519	1 / m	
				Proceswater	0.2	P519	1 / m	
UV-Scan								
	1273	Spectrometrie	Eigen methode	Drinkwater		G512		
				Grondwater		G512		
				Oppervl-water		G512		
				Proceswater		G512		
Ureum								
	157	Spectrofotometrie m.b.v. doorstroomanalyser	Eigen methode	Oppervl-water	0.10	P320	mg/l	
				Chloorwater	0.10	P320	mg/l	Q
Waterstofcarbonaat								
	150	Titrimetrie	Eigen methode	Drinkwater	10	P519	mg/l	Q
				Grondwater	10	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	10	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	10	P519	mg/l	Q
				Proceswater	10	P519	mg/l	Q
				Afvalwater	10	P519	mg/l	
				Extra gezuiverd water	10	P519	mg/l	Q
Zuurgraad *								
	115	Potentiometrie	Eigen methode	Drinkwater	1.00	P519	pH	Q
				Grondwater	1.00	P519	pH	Q
				Oppervl-water	1.00	P519	pH	Q
				Chloorwater	1.00	P519	pH	
				Proceswater	1.00	P519	pH	
				Afvalwater	1.00	P519	pH	
				Extra gezuiverd water	1.00	P519	pH	Q
Zuurstof								
	160	Potentiometrie of Luminescentie	cNEN-EN-ISO 5814 of cNEN-ISO 17289	Drinkwater	0.5	P519	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P519	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P519	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P519	mg/l	
				Proceswater	0.5	P519	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P519	mg/l	
Metalen Macro's								
Calcium (Ca), in chemicaliën	446	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.05	P625	mg/kg	
Calcium (Ca), in grond/slib	1360	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Calcium (Ca), na aanzuren	144	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Calcium (Ca), na aanzuren	144	ICP-MS	Eigen methode	Extra gezuiverd water Afzetting Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P625 P324 P324 P324 P324 P324 P324	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
Calcium (Ca), opgelost	688	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q
Calcium (Ca), totaal	304	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater IJS	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P202	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q Q
IJzer (Fe), in chemicaliën	282	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	2	P625	mg/kg	
IJzer (Fe), in grond/slib	1363	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
IJzer (Fe), na aanzuren	146	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
IJzer (Fe), opgelost	444	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01	P324 P324 P324 P324 P324 P324	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q
IJzer (Fe), totaal	292	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05	P324 P324 P324 P324 P324 P324	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
IJzer (Fe), totaal	292	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	IJS	0.05	P202	mg/l	
Kalium (K), in grond/slib	1364	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Kalium (K), na aanzuren	122	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.1	P625	mg/l	Q
Kalium (K), opgelost	691	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
Kalium (K), totaal	303	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	
				Proceswater	0.5	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	mg/l	
Magnesium (Mg), in chemicaliën	447	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	10	P625	mg/kg	
Magnesium (Mg), in grond/slib	1367	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Magnesium (Mg), na aanzuren	145	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.1	P625	mg/l	Q
Magnesium (Mg), opgelost	692	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Magnesium (Mg), opgelost	692	ICP-MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	P324	mg/l	
Magnesium (Mg), totaal	305	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	mg/l	
				Proceswater	0.1	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	mg/l	Q
Mangaan (Mn), in chemicaliën	579	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	2	P625	mg/kg	
Mangaan (Mn), in grond/slib	1368	ICP-MS	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Mangaan (Mn), na aanzuren	147	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.005	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.005	P324	mg/l	
				Proceswater	0.005	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.005	P324	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.005	P324	mg/l	Q
				Afzetting	0.005	P625	mg/l	Q
Mangaan (Mn), opgelost	693	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.005	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.005	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.005	P324	mg/l	
				Proceswater	0.005	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.005	P324	mg/l	
				IJS		P324	mg/l	
Mangaan (Mn), totaal	293	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.01	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.01	P324	mg/l	
				Proceswater	0.01	P324	mg/l	
				Afvalwater	0.01	P324	mg/l	Q
				IJS	0.01	P202	mg/l	
Natrium (Na), in chemicaliën	971	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.1	P625	mg/kg	
Natrium (Na), in grond/slib	1369	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	100	P625	mg/kg ds	
Natrium (Na), na aanzuren	120	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Natrium (Na), na aanzuren	120	ICP-MS	Eigen methode	Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P625	mg/l mg/l mg/l mg/l	
Natrium (Na), opgelost	695	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q
Natrium (Na), totaal	302	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	P324 P324 P324 P324 P324 P324	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	Q Q Q Q Q Q
Metalen Micro's I								
Aluminium (Al), in chemicaliën	448	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelijk	5	P625	mg/kg	
Aluminium (Al), in grond/slib	1378	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Aluminium (Al), na aanzuren	182	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	2 2 2 2 2 2	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q
Aluminium (Al), opgelost	682	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water Afzetting	2 2 2 2 2 2 4 2 2	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Aluminium (Al), totaal	306	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater	50 50 50 50	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
				Chloorwater	50	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Aluminium (Al), totaal	306	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Proceswater	50	P324	µg/l	
				Afvalwater	50	P324	µg/l	
Arseen (As), in chemicaliën	969	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Arseen (As), in grond/slib	1357	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Arseen (As), na aanzuren	128	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	µg/l	Q
Arseen (As), opgelost	684	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Arseen (As), totaal	294	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Barium (Ba), in chemicaliën	642	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Barium (Ba), in grond/slib	1358	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Barium (Ba), na aanzuren	185	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	Q
				Afzetting	1	P625	µg/l	Q
Barium (Ba), opgelost	685	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Barium (Ba), opgelost	685	ICP-MS	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1	P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l	
Barium (Ba), totaal	308	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal	2 2 2 2 2 2 10	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Beryllium (Be), in grond/slib	1374	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Beryllium (Be), in chemische liën	1329	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Beryllium (Be), na aanzuren	186	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Beryllium (Be), opgelost	686	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Beryllium (Be), totaal	309	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Boor (B), in grond/slib	1375	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Boor (B), na aanzuren	184	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater	10.0 10.0 10.0 10.0	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Boor (B), na aanzuren	184	ICP-MS	Eigen methode	Proceswater	10.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	10.0	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	10.0	P324	µg/l	Q
Boor (B), opgelost	687	ICP-MS	Eigen methode	Afzetting	10.0	P625	µg/l	Q
				Drinkwater	10.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	10.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	10.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10.0	P324	µg/l	
				Proceswater	10.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	10.0	P324	µg/l	
Boor (B), totaal	307	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	20	P324	µg/l	Q
				Grondwater	20	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	20	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	20	P324	µg/l	
				Proceswater	20	P324	µg/l	
				Afvalwater	20	P324	µg/l	Q
Cadmium (Cd), in chemicaliën	580	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelijk	0.05	P625	mg/kg	
Cadmium (Cd), in grond/slib	1359	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	0.5	P625	mg/kg ds	
Cadmium (Cd), na aanzuren	398	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.10	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	P324	µg/l	
				Proceswater	0.10	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.10	P324	µg/l	
				Dialysewater	0.10	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.10	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.10	P625	µg/l	Q
Cadmium (Cd), opgelost	696	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.10	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	P324	µg/l	
				Proceswater	0.10	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.10	P324	µg/l	
Cadmium (Cd), totaal	399	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.1	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Cadmium (Cd), totaal	399	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	µg/l	Q
Chroom (Cr), in chemicaliën	581	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1.0	P625	mg/kg	
Chroom (Cr), in grond/slib	1361	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	5	P625	mg/kg ds	
Chroom (Cr), na aanzuren	189	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
				Dialysewater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.5	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.5	P625	µg/l	Q
Chroom (Cr), opgelost	689	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	P324	µg/l	
				Proceswater	0.5	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.5	P324	µg/l	
Chroom (Cr), totaal	296	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	5	P324	µg/l	
				Proceswater	5	P324	µg/l	
				Afvalwater	5	P324	µg/l	
Cobalt (Co), in chemicaliën	582	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Cobalt (Co), in grond/slib	1362	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Cobalt (Co), na aanzuren	187	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	P324	µg/l	
				Proceswater	0.02	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.20	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	P324	µg/l	Q
				Afzetting	0.02	P625	µg/l	Q
Cobalt (Co), opgelost	690	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Cobalt (Co), opgelost	690	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	P324	µg/l	
				Proceswater	0.02	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.20	P324	µg/l	
Cobalt (Co), totaal	310	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	0.2	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	0.2	P324	µg/l	
				Proceswater	0.2	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.2	P324	µg/l	Q
Koper (Cu), in chemicaliën	449	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	20	P625	mg/kg	
Koper (Cu), in grond/slib	1365	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	20	P625	mg/kg ds	
Koper (Cu), na aanzuren	402	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	
				Dialysewater	20	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd wate	1	P324	µg/l	Q
				Afzetting	1	P625	µg/l	Q
Koper (Cu), opgelost	583	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	
Koper (Cu), totaal	403	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	10	P324	µg/l	Q
				Grondwater	10	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	10	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	10	P324	µg/l	
				Proceswater	10	P324	µg/l	
				Afvalwater	10	P324	µg/l	
Lood (Pb), in chemicaliën	608	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Lood (Pb), in grond/slib	1366	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Lood (Pb), na aanzuren	400	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	P324	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Lood (Pb), na aanzuren	400	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water Afzetting	0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Lood (Pb), opgelost	443	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Lood (Pb), totaal	401	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Nikkel (Ni), in grond/slib	1370	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Nikkel (Ni), in grond/slib/chemicaliën	588	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelijk	0.5	P625	mg/kg	
Nikkel (Ni), na aanzuren	196	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Nikkel (Ni), opgelost	442	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Afvalwater Drinkwater Grondwater	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 5	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Nikkel (Ni), totaal	312	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode					

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Nikkel (Ni), totaal	312	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	5 5 5 5	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Seleen (Se), in chemiciën	972	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelijk	0.2	P625	mg/kg	
Seleen (Se), in grond/slib	1371	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	1	P625	mg/kg ds	
Seleen (Se), na aanzuren	197	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Seleen (Se), opgelost	697	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Seleen (Se), totaal	300	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Strontium (Sr), in grond/slib	1377	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Strontium (Sr), na aanzuren	200	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	2 2 2 2 2 2 2 2	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324 P625	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Strontium (Sr), opgelost	698	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	2 2	P324 P324	µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Strontium (Sr), opgelost	698	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	2 2 2 2	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Strontium (Sr), totaal	313	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	2 2 2 2 2 2	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Vanadium (V), in chemiciën	1330	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelijk	1	P625	mg/kg	
Vanadium (V), in grond/slib	1376	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	10	P625	mg/kg ds	
Vanadium (V), na aanzuren	203	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water Afzetting	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	P324 P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Vanadium (V), opgelost	700	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Vanadium (V), totaal	315	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	P324 P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Zilver (Ag), na aanzuren	381	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	1 1 1 1 1	P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Zilver (Ag), na aanzuren	381	ICP-MS	Eigen methode	Afvalwater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	
				Afzetting	1	P625	µg/l	
Zilver (Ag), in chemicaliën	1292	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelijk	0.5	P625	mg/kg	
Zilver (Ag), in grond/slib	1372	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	5	P625	mg/kg ds	
Zilver (Ag), opgelost	701	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
Zilver (Ag), totaal	204	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	5	P324	µg/l	
				Grondwater	5	P324	µg/l	
				Oppervl-water	5	P324	µg/l	
				Chloorwater	5	P324	µg/l	
				Proceswater	5	P324	µg/l	
				Afvalwater	5	P324	µg/l	
Zilver (Ag-complex), na aanzuren	1635	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
				Dialysewater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	
				Afzetting	1	P625	µg/l	Q
Zilver (Ag-complex), opgelost	1636	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	Q
				Grondwater	1	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Afvalwater	1	P324	µg/l	
Zilver (Ag-complex), totaal	1637	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater	5	P324	µg/l	Q
				Grondwater	5	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	5	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	5	P324	µg/l	
				Proceswater	5	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's I								
Zilver (Ag-complex), totaal	1637	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Afvalwater	5	P324	µg/l	
Zink (Zn), in chemicaliën	450	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.5	P625	mg/kg	
Zink (Zn), in grond/slib	1373	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Vastmateriaal	5	P625	mg/kg ds	
Zink (Zn), na aanzuren	207	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2.0	P324	µg/l	
				Proceswater	2.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	5.0	P324	µg/l	
				Dialysewater	10	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	2.0	P324	µg/l	Q
Zink (Zn), opgelost	702	ICP-MS	Eigen methode	Afzetting	2.0	P625	µg/l	Q
				Drinkwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Grondwater	2.0	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	2.0	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	2.0	P324	µg/l	
				Proceswater	2.0	P324	µg/l	
				Afvalwater	5.0	P324	µg/l	
Zink (Zn), totaal	301	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	Drinkwater	20	P324	µg/l	Q
				Grondwater	20	P324	µg/l	Q
				Oppervl-water	20	P324	µg/l	Q
				Chloorwater	20	P324	µg/l	
				Proceswater	20	P324	µg/l	
				Afvalwater	20	P324	µg/l	Q
Metalen Micro's II								
Antimoon (Sb), in chemicaliën	1075	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	1	P625	mg/kg	
Antimoon (Sb), na aanzuren	183	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q
				Chloorwater	1	P329	µg/l	
				Proceswater	1	P329	µg/l	
				Afvalwater	1	P329	µg/l	
				Dialysewater	1	P329	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P329	µg/l	Q
Antimoon (Sb), opgelost	683	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P329	µg/l	Q
				Grondwater	1	P329	µg/l	Q
				Oppervl-water	1	P329	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Antimoon (Sb), opgelost	683	ICP-MS	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1	P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l	
Antimoon (Sb), totaal	517	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	2 2 2 2 2 2	P329 P329 P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Kwik (Hg), in chemicaliën	586	ICP-MS na ontsluiting	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.05	P625	mg/kg	
Kwik (Hg), na aanzuren	191	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	P329 P329 P329 P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Kwik (Hg), opgelost	1282	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater	0.02 0.02 0.02 0.02	P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Kwik (Hg), totaal	1283	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	P329 P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Molybdeen (Mo), in chemicaliën	970	ICP-MS	Eigen methode	DWC onschadelyk	0.1	P625	mg/kg	
Molybdeen (Mo), na aanzuren	193	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	1 1 1 1 1 1 1	P329 P329 P329 P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Molybdeen (Mo), opgelost	694	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	1 1 1	P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Molybdeen (Mo), opgelost	694	ICP-MS	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 2	P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l	
Molybdeen (Mo), totaal	311	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	P329 P329 P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q
Tin (Sn), na aanzuren	201	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	2 2 2 2 2 2 2	P329 P329 P329 P329 P329 P329 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q
Tin (Sn), opgelost	699	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	2 2 2 2 2 2	P329 P329 P329 P329 P329 P329	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q
Metalen Micro's III								
Cerium (Ce), na aanzuren	1238	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater	0.2 0.2 0.2 0.2	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	
Cerium (Ce), na opgelost	1239	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater	0.2 0.2 0.2 0.2	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	
Lanthaan (La), na aanzuren	1240	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Extra gezuiverd water	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	P324 P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Lanthaan (La), opgelost	1241	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.1 0.1	P324 P324	µg/l µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's III								
Lantanaan (La), opgelost	1241	ICP-MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
Lithium (Li), na aanzuren	1242	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	
				Chloorwater	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	1	P324	µg/l	
Lithium (Li), opgelost	1243	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	1	P324	µg/l	
				Proceswater	1	P324	µg/l	
Samarium (Sm), opgelost	1249	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
Samarium (Sm), na aanzuren	1248	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.1	P324	µg/l	
Neodymium (Nd), opgelost	1245	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
Neodymium (Nd), na aanzuren	1244	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
Uranium (U), opgelost	1233	ICP-MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	P324	µg/l	
				Grondwater	0.1	P324	µg/l	
				Oppervl-water	0.1	P324	µg/l	
				Chloorwater	0.1	P324	µg/l	
				Proceswater	0.1	P324	µg/l	
				Afvalwater	0.1	P324	µg/l	
Uranium (U), totaal	1234	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Drinkwater	1	P324	µg/l	
				Grondwater	1	P324	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metalen Micro's III								
Uranium (U), totaal	1234	ICP-MS na ontsluiting	Eigen Methode	Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1	P324 P324 P324 P324	µg/l µg/l µg/l µg/l	
Drinkwaterchemicaliën								
Jodiumadsorptie	726	Titrimetrie	Eigen methode	Vastmateriaal DWC onschadelyk	0.01 0.01	P625 P625	g/kg g/kg	
Onoplosbare Bestanddelen in Zoutzuur	968	Gravimetrie	Eigen methode	Vastmateriaal Afzetting	0.01 0.01	P625 P625	% %	
Berekeningen								
Corrosie-index	458	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	0.01 0.01 0.01 NA 0.01	NA NA NA NA NA		
Hardheid (totaal)	162	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	NA NA NA NA NA NA NA	°D °D °D °D °D °D °D	Q
Ionensterkte	258	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	NA NA NA NA NA NA	mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l	
Kooldioxide	148	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	NA NA NA NA NA NA	mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	
Kooldioxide agressief	679	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	1 1 1	NA NA NA	mg/l mg/l mg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Kooldioxide agressief	679	Berekening	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1	NA NA NA	mg/l mg/l mg/l	
Totaal Anorganisch Koolstof (TAC)	962	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	NA NA NA NA NA NA	mg C/I mg C/I mg C/I mg C/I mg C/I mg C/I	
Verzadigings-index (SI)	222	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	-99 -99 -99 -99 -99 -99 -99	NA NA NA NA NA NA NA		
Zuurgraad (pH) evenwicht	210	Berekening	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Extra gezuiverd water	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	NA NA NA NA NA NA NA	pH pH pH pH pH pH pH	
<u>Microbiologisch</u>								
Aeromonas 30 °C 10 ml	518	Membraanfiltratie	Conform NEN 6263	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater IJS	10 10 10 10 10 10 10	P301 P301 P301 P305 P301 P301 P242	kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml	Q
Aeromonas 30 °C 100 ml	110	Membraanfiltratie	Conform NEN 6263	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater IJS	1 1 1 1 1 1 1	P301 P301 P301 P305 P301 P301 P242	kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Aeromonas 30 °C 100 ml	110	Membraanfiltratie	Conform NEN 6263	Extra gezuiverd water	1	P242	kve/100ml	Q
Aeromonas 37 °C 10 ml	974	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	10	P301	kve/100 ml	Q
				Afvalwater	10	P301	kve/100 ml	Q
Aeromonas 37 °C 100 ml	967	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	Q
				Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	Q
Bacteriofagen 1 ml	1114	Telplaattechniek	conform NEN-EN-ISO 10705-1	Drinkwater	1	P301	pve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	pve/ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	pve/ml	Q
				Proceswater	1	P301	pve/ml	Q
Bacteriofagen 100 ml	620	Telplaattechniek	conform NEN-EN-ISO 10705-1	Drinkwater	100	P301	pve/l	Q
				Grondwater	100	P301	pve/l	Q
				Oppervl-water	100	P301	pve/l	Q
				Proceswater	100	P301	pve/l	Q
Clostridium perfringens Ophoping	1395	Membraanfiltratie	conform NEN-EN-ISO 14189	Drinkwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	0	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Vastmateriaal	0	P625	kve/g	
				DWC onschadelijk	0	P625	kve/g	
Coli 37 °C Opp. water **	202	Membraanfiltratie	Conform NEN 6571	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	
				Afvalwater	1	P603	kve/100 ml	
Coli 37 °C bevestiging Opp. water	459			Oppervl-water		NA		Q
				Afvalwater		NA		
Coliformen,Bevestiging oxidasetest	637	Niet van toepassing	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater		NA		Q
				Grondwater		NA		Q
				Chloorwater		NA		Q
				Proceswater		NA		
				Afvalwater		NA		

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Coliformen,Bevestiging oxidasetest	637	Niet van toepassing	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	IJS		NA		
Coli 44 °C Opp. water **	209	Membraanfiltratie	Conform NEN 6570	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	Q
Coli 44 °C bevestiging Opp. Water	460			Oppervl-water		NA		Q
Coliformen/E-Coli 250 ml**	975	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	P301	kve/250ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/250ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/250ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/250ml	
				Afvalwater	0	P301	kve/250ml	
Coliformen 37° C	951	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	0	NA	kve/100 ml	
				Chloorwater	0	NA	kve/100 ml	
				Proceswater	0	NA	kve/100 ml	
				Afvalwater	0	NA	kve/100 ml	
				IJS	0	NA	kve/100 ml	
				Dialysewater	0	NA	kve/100ml	
Escherichia coli	951	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	NA	kve/100 ml	Q
				Oppervl-water	0	NA	kve/100 ml	
				Chloorwater	0	NA	kve/100 ml	
				Proceswater	0	NA	kve/100 ml	
				Afvalwater	0	NA	kve/100 ml	
				IJS	0	NA	kve/100 ml	
				Dialysewater	0	NA	kve/100ml	
Coliformen/E-Coli ind. ISO	635	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Grondwater	0	P301	kve/100 ml	Q
				Chloorwater	0	P305	kve/100 ml	Q
				Proceswater	0	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	0	P301	kve/100 ml	
				IJS	0	P242	kve/100 ml	
				Dialysewater	0	P301	kve/100 ml	
Determinatie mbv MaldiTOF	1490		Eigen methode	Drinkwater		NA		Q
				Grondwater		NA		Q
				Oppervl-water		NA		Q
				Chloorwater		NA		Q
				Proceswater		NA		Q
				Afvalwater		NA		Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Enterococcen **	592	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN ISO 7899-2	Drinkwater Grondwater Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal IJS Dialysewater	0 0 0 0 0 1 0 0	P301 P301 P305 P301 P301 P301 P242 P301	kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100ml kve/100 ml kve/100ml	Q Q Q Q Q Q Q Q
Enterococcen 250 ml Ophoping	1007	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN ISO 7899-2	Drinkwater Grondwater Chloorwater Proceswater	0 0 0 0	P301 P301 P305 P301	kve/250ml kve/250ml kve/250ml kve/250ml	Q Q Q Q
Enterococcen bevestiging	593	Niet van toepassing	Conform NEN-EN ISO 7899-2	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal IJS Dialysewater Extra gezuiverd water	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NA NA NA NA NA NA NA NA NA	Q Q Q Q Q Q Q Q Q	
Enzymactiviteit mbv Bactiquant	1496			Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal	1 1 1 1 1 1 1	P301 P301 P301 P301 P301 P301 P242	BQV/250 ml BQV/250 ml BQV/250 ml BQV/250 ml BQV/250 ml BQV/250 ml BQV/g	Q Q Q Q Q Q Q
Escherichia Coli DP **	484	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 9308-1	Drinkwater Grondwater Chloorwater Proceswater IJS	1 1 1 1 1	P301 P301 P305 P301 P301	kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml	Q Q Q Q Q
Escherichia Coli Opp. water 1 ml **	734	Membraanfiltratie	Conform NEN 6261	Oppervl-water Afvalwater	0.01 0.01	P603 P603	kve/ml kve/ml	Q
Escherichia Coli Opp. water 100 ml**	485	Membraanfiltratie	Conform NEN 6261	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Escherichia Coli Opp. water 1000 ml**	733	Membraanfiltratie	Conform NEN 6261	Oppervl-water	10	P603	kve/l	Q
Escherichia coli 37 °C bevestiging (Maldi-TOF)	1071		Eigen methode	Drinkwater		NA		Q
				Grondwater		NA		Q
				Oppervl-water		NA		
				Chloorwater		NA		Q
				Proceswater		NA		
				Afvalwater		NA		
				Vastmateriaal		NA		
				IJS		NA		
				DWC onschadelyk		NA		
				Dialysewater		NA		
				Extra gezuiverd water		NA		Q
Escherichia coli	1072	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
Ralstonia	1072	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
Faecale Streptococcen Opp. water**	729	Membraanfiltratie	Conform NEN 6274	Oppervl-water	1	P603	kve/100 ml	
Faecale Streptococcen Bevestiging GEAA	730	Membraanfiltratie	Conform NEN 6274	Oppervl-water		NA		
Koloniegetal 22 °C 0.1 ml**	634	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	10	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	10	P301	kve/ml	Q
				IJS	10	P242	kve/ml	
Koloniegetal 22 °C 1 ml**	594	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	1	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	1	P301	kve/ml	Q
				Afvalwater	1	P301	kve/ml	Q
				IJS	1	P242	kve/ml	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Microbiologisch</u>								
Koloniegetal 22 °C 1 ml**	594	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Dialysewater	0.1	P301	kve/ml	
Koloniegetal 22 °C, proceswater**	743	Telplaattechniek	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	1	P301	per ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	
				Proceswater	1	P301	kve/ml	Q
				Afvalwater	1	P301	kve/ml	Q
Koloniegetal 25 °C (R2A) **	994	Telplaattechniek	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/100 ml	
				Grondwater	1	P301	kve/100 ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/100 ml	
				Chloorwater	1	P301	kve/100 ml	
				Proceswater	1	P301	kve/100 ml	
				Afvalwater	1	P301	kve/100 ml	
Koloniegetal 25 °C 1 ml (R2A) **	721	Telplaattechniek	Conform NEN 6276	Drinkwater	7	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	7	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	7	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	7	P305	kve/ml	
				Proceswater	7	P301	kve/ml	
				Afvalwater	7	P301	kve/ml	
				Extra gezuiverd wate	7	P301	kve/ml	
Koloniegetal 30 °C 0.1 ml	675	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	10	P301	kve/ml	
				Grondwater	10	P301	kve/ml	
				Oppervl-water	10	P301	kve/ml	
				Chloorwater	10	P305	kve/ml	
				Proceswater	10	P301	kve/ml	
				Afvalwater	10	P301	kve/ml	
Koloniegetal 30 °C 1ml**	630	Telplaattechniek	Eigen methode	Drinkwater	1	P301	kve/ml	
				Grondwater	1	P301	kve/ml	
				Oppervl-water	1	P301	kve/ml	
				Chloorwater	1	P305	kve/ml	
				Proceswater	1	P301	kve/ml	
				Afvalwater	1	P301	kve/ml	
Koloniegetal 37 °C 0.1 ml **	720	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater	10	P301	kve/ml	Q
				Grondwater	10	P301	kve/ml	Q
				Oppervl-water	10	P301	kve/ml	Q
				Chloorwater	10	P305	kve/ml	Q
				Proceswater	10	P301	kve/ml	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Microbiologisch								
Koloniegetal 37 °C 1 ml**	629	Telplaattechniek	Gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 6222	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater IJS Dialysewater	1 1 1 1 1 1 0.1	P301 P301 P301 P305 P301 P242 P301	kve/ml kve/ml kve/ml kve/ml kve/ml kve/ml kve/ml	Q Q Q Q Q Q Q
Koloniegetal 37 °C, proceswater	950	Telplaattechniek	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	P301 P301 P301 P305 P301 P301	kve/ml per ml kve/ml kve/ml kve/ml kve/ml	Q Q Q Q Q Q
Legionella 250 ml**	219	Membraanfiltratie	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Drinkwater Grondwater Extra gezuiverd water	100 100 50	P601 P601 P601	kve/l kve/l kve/l	Q Q Q
Legionella 50 ml **	703	Membraanfiltratie	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Oppervl-water Chloorwater Proceswater	100 100 100	P602 P602 P602	kve/l kve/l kve/l	Q Q Q
Legionella Matrix C	1716	Membraanfiltratie	gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731	Oppervl-water Afvalwater	2000 2000	P604 P604	kve/l kve/l	Q Q
Legionella Sero Typering	957		Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal Extra gezuiverd water		NA NA NA NA NA NA NA NA		Q Q Q Q Q Q Q Q
Legionella bev. pneumophila UV-PCR	957		Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal Extra gezuiverd water		NA NA NA NA NA NA NA NA		Q Q Q Q Q Q Q Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Microbiologisch</u>								
Legionella bev. non pneumophila UV-PCR	957		Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Vastmateriaal Extra gezuiverd water			NA	
Legionella m.b.v. PCR	946	Real Time Polymerase Chain Reaction PCR	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	100 100 100 100 100	P603 P603 P603 P604 P603	c DNA/I c DNA/I c DNA/I c DNA/I c DNA/I	
Pseudomonas aeruginosa **	413	Membraanfiltratie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Extra gezuiverd water	1 1 1 1 1 1	P301 P301 P301 P305 P301 P301	kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml	
Sulfietreducerende Clostridia, in grond	1092	Niet van toepassing	Conform NEN-EN-ISO 6461-2	Vastmateriaal	1	P625	kve/g	
Sulfietreducerende clostridia **	213	Membraanfiltratie	Conform NEN-EN-ISO 6461-2	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater	1 1 1 1 1 1	P301 P301 P301 P305 P301 P301	kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml kve/100 ml	Q
<u>Hydrobiologisch</u>								
Benthos onderzoek	406	Uitbesteding		Drinkwater	1	G717	N/m3	
Plankton	1014	Uitbesteding		Drinkwater	1	G717	N/m3	
Benthos-totaal (hoofdstroom)	407	Uitbesteding		Drinkwater		G717	ml/m3	
<u>Organisch Algemeen</u>								
Adsorbeerbare Organische Halogenen (AOX)	228	Uitbesteding		Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	5 5 5 5 5	G509 G509 G509 G535 G509	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Adsorbeerbare Organische Halogenen (AOX)	228	Uitbesteding		Afvalwater	5	G509	µg/l	
DOC	480	Infrarood na hoge temperatuur oxidatie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	G512	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	G512	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	G512	mg/l	
				Proceswater	0.5	G512	mg/l	
Dikegulac	954	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	mg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
Ampa	678	LC-MS/MS na derivatisering	Eigen methode	Proceswater	0.01	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Glyfosaat	678	LC-MS/MS na derivatisering	Eigen methode	Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
Methaan (headspace)	226	GC-FID na statische headspace	Eigen methode	Drinkwater	5	V214	µg/l	Q
				Grondwater	5	V214	µg/l	Q
				Oppervl-water	5	V214	µg/l	
				Proceswater	5	V214	µg/l	
				Afvalwater	10	V214	µg/l	
Methaan, in lucht	1015			Lucht	5	V214	µg/l lucht	
TOC	405	Infrarood na hoge temperatuur oxidatie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G508	mg/l	Q
				Grondwater	0.5	G508	mg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	G508	mg/l	Q
				Chloorwater	0.5	G508	mg/l	
				Proceswater	0.5	G508	mg/l	
				Afvalwater	0.5	G508	mg/l	
				IJS	0.5	P202	mg/l	
				Dialysewater	0.3	G508	mg/l	
				Extra gezuiverd water	0.3	G508	mg/l	
Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
Acenafteen								

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen								
Acenafteen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Anthraceen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Benzo-(a)-anthraceen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Benzo-(a)-pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.002	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.002	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.002	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.002	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Benzo-(b)-fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Benzo-(g,h,i)-peryleen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Benzo-(k)-fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	Q
Chryseen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen								
Chryseen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Proceswater	0.01	V416	µg/l	
Dibenz-(a,h)-anthraceen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
				Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Fenanthereen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Fluorantheen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Fluoreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Indeno-[1,2,3-cd]-pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	
Naftaleen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.2	V416	µg/l	
Pyreen	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	V416	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	V416	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	V416	µg/l	
				Afvalwater	0.01	V416	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Polyaromatische Koolwaterstoffen								
Som PAK (6 Borneff)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	V416 V416 V416 V416 V416	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Som PAK (15 EPA)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	V416 V416 V416 V416 V416	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Som PAK (WLB 2000)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	V416 V416 V416 V416 V416	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Som PAK (10 VROM)	225	HPLC-Fluoresc-DAD na online vaste fase extractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	V416 V416 V416 V416 V416	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Screening bestrijdingsmiddelen (GC-MS)								
alfa-Endosulfan	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G111 G111	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
alfa-HCH	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G111 G111	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Aalachloor	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G111 G111	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Aldrin	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Aldrin	621	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.01	G111	µg/l	
				Proceswater	0.01	G111	µg/l	
Atrazine	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
BAM	621	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
beta-Endosulfan	621	GC-MSMS	Eigen methode	Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
beta-HCH	621	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
Bromacil	621	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Bromofos-ethyl	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
Bromofos-methyl	621	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Bromofos-methyl	621	GC-MSMS	Eigen methode	Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
cis Heptachloorepoxide	621	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.01	G111	µg/l	
				Proceswater	0.01	G111	µg/l	
Chloorfenvinfos (Z)	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Chloorprofam	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Cyanazine	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Desethylatrazine	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Desisopropylatrazine	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
delta-HCH	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Diazinon	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Dichlobenil	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Dichloorvos	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Dieldrin	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.01	G111	µg/l	
				Proceswater	0.01	G111	µg/l	
Dimethachloor	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Dimethoaat	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Endrin	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Endosulfansultaat	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Endosulfansultaat	621	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Ethion	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Ethoprophos	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Fenchloorfos	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Fosfamidon (E)	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
				Chloorwater	0.05	G111	µg/l	
gamma-HCH	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Hexachloorebenzeen	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
trans Heptachloorepoxide	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.01	G111	µg/l	
				Proceswater	0.01	G111	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Heptachloor	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.01	G111	µg/l	
				Proceswater	0.01	G111	µg/l	
Isodrin	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Malathion	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Metazachloor	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Methidathion	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Metolachloor	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Mevinfos	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
o,p-DDD	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
o,p-DDD	621	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
o,p-DDE	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
o,p-DDT	621	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Paraoxon-ethyl	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	G111	µg/l	
				Proceswater	0.05	G111	µg/l	
Parathion-ethyl	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Parathion-methyl	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
PCB-101	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
PCB-118	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
PCB-118		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	
PCB-138		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
PCB-153		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
PCB-180		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
PCB-28		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
PCB-52		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
Pirimicarb		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
p,p-DDD		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
p,p-DDE		621 GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G111	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
p,p-DDE		621 GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
p,p-DDT		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Propachloor		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Propazine		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Simazine		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Sulfotep		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Telodrin		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Terbutryn		621 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Terbutryn	621	GC-MSMS	Eigen methode	Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Terbutylazine	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Triadimefon	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
Trietazine	621	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Chloorwater	0.02	G111	µg/l	
				Proceswater	0.02	G111	µg/l	
<u>Organisch BAM + Bromacil + Dichobenil</u>								
BAM	387	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Bromacil	387	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Dichlobenil	387	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
<u>Organisch N.P.-pesticiden + Acetamiden (ONPB/ACM)</u>								
Alachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Ametryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Ametryn		530 GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Atrazine		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Azinfos-ethyl		530 GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Azinfos-methyl		530 GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Bromofos-ethyl		530 GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Bromofos-methyl		530 GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Chloorfenvinfos (cis)		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Chloorprofam		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Chloorporfifos		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Coumaphos		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Crimidine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Cyanazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Desethylatrazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Desisopropylatrazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Desmetryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Diazinon	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Dichloorvos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Dimethachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Dimethoaat	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Disulfoton	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Disulfoton		530 GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
EPTC		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Ethion		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Ethoprophos		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Etrimfos		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Fenchloorfos		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Fenitrothion		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Fonofos		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Lenacil		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Malathion		530 GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Malathion	530	GC-MSMS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Metazachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Methidathion	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Metolachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Metribuzine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Mevinfos cis	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Paraoxon-ethyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Paraoxon-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G512	µg/l	Q
Parathion-ethyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Parathion-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Parathion-methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Permethrin (cis+trans)	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
Phoraat	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.5	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Pirimicarb	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Prometryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Propachloor	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Propazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Propham	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Pyrazofos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
Sebuthylazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Simazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Sulfotep	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Terbutryn	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Terbutylazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Tetrachloorvinfos	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Tolclofos methyl	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Triadimefon	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Triallaat	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Trietazine	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q
Trifluralin	530	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Trifluralin	530	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Organisch Organochloor pesticiden (OCB)								
alfa-Endosulfan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
alfa-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Aldrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
beta-Endosulfan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
beta-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
cis-Heptachloorepoxide	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Cis Chloordaan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Organochloor pesticiden (OCB)								
Cis Chloordaan	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
delta-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Dicloran	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Dieldrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Endrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
Endosulfansultaat	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
gamma-HCH	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
trans-Heptachloorepoxide	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
Hexachloorbenzeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Organochloor pesticiden (OCB)								
Hexachloorbenzeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Heptachloor	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G512	µg/l	
Isodrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
2,4-Methoxychloor	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
4,4-Methoxychloor	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Mirex	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
o,p-DDD	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
o,p-DDE	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Organochloor pesticiden (OCB)								
o,p-DDE	188	GC-MSMS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
o,p-DDT	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Pentachloorbenzenen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
p,p-DDD	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
p,p-DDE	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
p,p-DDT	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Quintozeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	
Telodrin	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Organochloor pesticiden (OCB)</u>								
Tecnazeen	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.2	G512 G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q
<u>Trans Chloordaan</u>								
Chloorthalonil	188	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.2	G512 G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q
<u>Organisch Plychloorbifenylen (PCB)</u>								
PCB-28	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
PCB-52	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
PCB-101	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
PCB-118	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
PCB-138	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02	G512 G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
PCB-153	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
PCB-153	194	GC-MSMS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
PCB-180	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
Som PCB	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
PCB-194	194	GC-MSMS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
2-Aminoacetophenon	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
Aniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
o-Ansidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Broomaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Aromatische Aminen								
2-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Chlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4+5-chloor-2-methylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,4-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,5-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,6-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Aromatische Aminen								
2,6-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,4-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,5-Dichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,6-Dichloor-4-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
2,6-Diethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,3-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,5-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2,4- en 2,6-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,4-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Aromatische Aminen</u>								
3,4-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3,5-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N-Ethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N-Methylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N,N-Diethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
N,N-Dimethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Isopropylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
4-Methoxy-2-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Aromatische Aminen								
4-Methoxy-2-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
4-Methyl-3-nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G512	µg/l	
2-Nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Nitroaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Chloor-4-methoxy-aniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
3-Chloor-4-methylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
Pentachlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2-Phenylsulfonaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Aromatische Aminen								
2,3,4,5-Tetrachlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3,5,6-Tetrachlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
m-Toluidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
o- en p-Toluidine	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3,4-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4,5-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4,6-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	Q
3,4,5-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Aromatische Aminen								
3,4,5-Trichlooraniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
2-Trifluormethylaniline	615	GC-MSMS na vloeistof/vloeistof extractie	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G512	µg/l	
Organisch (Chloor)fenolen								
2-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
3-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
4-Chloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
m+p-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
m-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
o-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
p-Cresol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2,3-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4+2,5-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,6-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
3,4-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
3,5-Dichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4+2,5-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,5-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,6-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2,6-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
3,4-Dimethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
3-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
4-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
3+4-Ethylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
4-Chloor-2-Methylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
4-Chloor-3-Methylfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
Pentachloorfenoel	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3,4,6-Tetrachloorfenoel	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2,3,4,6-Tetrachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	
2,3,5,6-Tetrachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G512	µg/l	Q
2,3,4,5-Tetrachloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3,4-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3,5-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,3,6-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4,5-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
2,4,6-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
3,4,5-Trichloorfenol	619	GC-MSMS na derivatisering	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G512	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G512	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G512	µg/l	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VKK</u>								
Benzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Benzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Broomchloormethaan								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Broomdichloormethaan								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Biphenyl								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
n-Butylbenzeen								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
sec-Butylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
Chloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V440 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
Chlooretheen (Vinylchloride)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
2-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
3-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
3-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
4-Chloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
2-Chloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Cyclohexaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Cyclohexeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Cyclohexyl-isothiocyanate	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.1	V440	µg/l	
				Grondwater	0.1	V440	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Cyclohexyl-isothiocyanate	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Dibroomchloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
1,2-Dibroommethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
cis + trans 1,2-Dibroometheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
cis 1,2-Dibroometheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
cis 1,2-Dibroometheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
trans 1,2-Dibroometheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,3-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,4-Dichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,1-Dichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.5	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.5	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.5	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.5	V328	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
1,1-Dichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Proceswater	0.5	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.5	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.5	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,2-Dichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
1,1-Dichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
cis 1,2-Dichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
trans 1,2-Dichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
Dichloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.10	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Dichloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Grondwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	V328	µg/l	
				Proceswater	0.10	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.10	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
2,3+3,4-Dichloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
2,4+2,5+2,6-Dichloormethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,1-Dichloorpropaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
1,2-Dichloorpropaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VK								
1,2-Dichloorpropaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
1,3-Dichloorpropaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
1,1-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
cis 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
trans 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.02	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.02	V440	µg/l	Q
cis + trans 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
cis + trans 1,3-Dichloorpropeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.02 0.02	V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Di-isopropylether								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
1,2-Dimethylbenzeen (o-Xyleen)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
1,3- + 1,4-Dimethylbenzeen (m+p-Xyleen)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
1,4 Dioxaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.3 0.3 1 0.3 0.3 1 0.3 0.3	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Ethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
1,2-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
1,3-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
1,4-Ethylmethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q Q Q Q Q
Ethyl tertiar-butyl ether (ETBE)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Ethyl tertiar-butyl ether (ETBE)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
Fenyletheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Hexachloorbutadien	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Hexachloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Indene	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Isopropylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Isopropylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
1-Methyl-4-isopropylbenzeen (p-Cymene)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
MTBE	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Methylbenzeen (Tolueen)	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Methylacrylaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Methylacrylaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Methylmethacrylaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Methylisothiocyanaat	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.2	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.2	V328	µg/l	
				Proceswater	0.2	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.2	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.2	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.2	V440	µg/l	Q
Naftaleen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Propylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
Tert-Butylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Tert-Butylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tertiär-amyl methyl ether	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl.-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	
Tertiair Butanol	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.3	V440	µg/l	
				Grondwater	0.3	V440	µg/l	
				Oppervl.-water	1	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.3	V328	µg/l	
				Proceswater	0.3	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.3	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.3	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.3	V440	µg/l	
Tetrachlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl.-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tetrachloormethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Oppervl.-water	0.10	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	V328	µg/l	
				Proceswater	0.10	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.10	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tetrahydrofuraan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.10	V440	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
Tetrahydrofuraan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Grondwater	0.10	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.10	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.10	V328	µg/l	
				Proceswater	0.10	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.10	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.10	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.10	V440	µg/l	Q
Tetrahydrothiofeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuraan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tribroomethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
Tribroommethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VK								
Tribroommethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
1,2,3-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,2,4-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,3,5-Trichloorbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.01	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.01	V440	µg/l	Q
1,1,1-Trichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q
				Chloorwater	0.05	V328	µg/l	
				Proceswater	0.05	V440	µg/l	
				Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
				Dialysewater	0.05	V440	µg/l	
				Extra gezuiverd water	0.05	V440	µg/l	Q
1,1,2-Trichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	V440	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	V318	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
1,1,2-Trichloorethaan	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Trichlooretheen								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Trichloorfluormethaan								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	
Trichloormethaan								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
1,2,3-Trichloorpropaan								
	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Organisch Pakket Screening VAK VGK								
1,2,3-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
1,2,4-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	V440 V440 V440 V318 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
1,3,5-Trimethylbenzeen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q Q Q Q
Som Trihalomethanen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Som tetra- + trichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Chloorwater Proceswater Afvalwater Dialysewater Extra gezuiverd water	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	V440 V440 V318 V328 V440 V318 V440 V440	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Organisch Pakket Screening VAK VGK</u>								
Som tetra- + trichlooretheen	622	GC-MS na headspace	Eigen methode	Afvalwater	0.05	V318	µg/l	
<u>Screening GC-MS doelstoffen</u>								
4-nonylfenol (NP)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
4-n-octylfenol (OP)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
4-pentylfenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
4-tertiar-octyl-fenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Bisphenol-A (4,4-isopropylidenediphenol)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Dodecylfenol (2,4,6-tri-tert-butylfenol)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 1	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 2	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 3	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 4	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 5	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Nonylphenolen (NP isomer) 6	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 7	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 8	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 9	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 10	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 11	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 12	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 13	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Nonylphenolen (NP isomer) 14	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
nonylphenolen (NP-isomeren mengsel)	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
o-fenylfenol	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Octylphenol monoethoxylate, 4-tert-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G512 G512 G512	µg/l µg/l µg/l	
Octylphenol diethoxylate, 4-tert-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Octylphenol diethoxylate, 4-tert-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Som Tertiar butyl phenol 3 en 4	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tertiar butyl phenol 2-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
Tertiar butyl phenol 3-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.1	G512	µg/l	
Tertiar butyl phenol 4-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G512	µg/l	
Tri-tert-butylphenol 2,4,6-	1311	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Hexabromodiphenylether 2,2,3,4,4,5-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Hexabromodiphenylether 2,2,4,4,5,5-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Hexabromodiphenylether 2,2,4,4,5,6-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Pentabromodiphenylether 2,2,4,4,5-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Pentabromodiphenylether 2,2,4,4,6-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Pyraflufen-ethyl	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Tetrabromodiphenylether 2,2,4,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tetrabromodiphenylether 2,3,4,6-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Tetrabromodipheylether 2,3,4,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Tri-2-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Tri-3-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tri-4-cresylphosphate (TCP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tribromodiphenylether 2,2,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tribromodiphenylether 2,4,4-	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tributylfosfaat (TBP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Triethyl phosphate (TEP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Trimethyl phosphate (TMP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tripropyl phosphate	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tris(2-butox-ethyl)fosfaat (TBEP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Tris(2-chloroisopropyl)phosphate (TCIPP isomer 1)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
Tris(2-chloroisopropyl)phosphate (TCIPP isomer 2)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
Tris(2-chloroisopropyl)phosphate Som (TCIPP 1en2)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
Tris(2-ethylhexyl)fosfaat (TEHP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	µg/l	
				Grondwater	0.5	G512	µg/l	
Tris-2-chloroethyl phosphate (TCEP)	1308	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G512	µg/l	
				Grondwater	0.1	G512	µg/l	
Diheptyl phthalate (DHP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Diundecyl phthalate Som (1 en 2)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
				Grondwater	0.05	G512	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G512	µg/l	
Di(2-methylpropyl) phthalate (DiBP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.5	G512	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Di(2-methylpropyl) phthalate (DiBP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater Oppervl-water	0.5 0.5	G512 G512	µg/l µg/l	
Diundecyl phthalate (isomer 2)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Diundecyl phthalate (isomer 1)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Butylbenzylftalaat (BBzP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.1 0.1	G512 G512	µg/l µg/l	
Di-butylftalaat (DBP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.1 0.1	G512 G512	µg/l µg/l	
Di-cyclohexylftalaat (DCHP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Di-(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.5 0.5	G512 G512	µg/l µg/l	
Di-ethylftalaat (DEP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Dimethylftalaat (DMP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Di-octylftalaat (DOP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Di-propylftalaat (DPP)	1310	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
Sulfonamiden GC-MS doelstoffen	1312	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	
2-Amino-acetofenon	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.05 0.05	G512 G512	µg/l µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Antrachinon (Antraquinone)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Benzothiazole, 2-Hydroxy	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Benzothiazole, 2-(methylthio)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Dimethylphenyl isocyanate 2,3-	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
DMSA (Meso-2,3-dimercaptosuccinic acid)	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
Fluroxypyr-1-methylheptyl ester	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Mefinpyr(dieethyl)ester	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G512	µg/l	
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione (4-oxoisop	1313	GC-MS/MS na vloeistofextractie	Eigen methode	Grondwater	0.05	G512	µg/l	
Doelelementen HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
BAM	1123	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Carbendazim	1123	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	
				Proceswater	0.01	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	
Dimethenamide-P	1123	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	
				Proceswater	0.01	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	
Metamitron	1123	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
N,N-diethyl-meta-toluamide(DEET)	1123	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doeelcomponenten HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
N,N-diethyl-meta-toluamide(DEET)	1123	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	
				Proceswater	0.01	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	
Chloorbromuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	Q
Chloortoluron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Diuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Isoproturon	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Linuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	Q
Methabenzthiazuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Metobromuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	Q
Metoxuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Monolinuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doeelcomponenten HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
Monolinuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Monuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Nicosulfuron	221	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Aldicarb-Sulfoxide	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
Aldicarb-Sulfon	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
Aldicarb	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
Butoxycarboxim	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
Butocarboxim-Sulfoxide	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
Butocarboxim	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
Carbofuran-3-hydroxy	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelelementen HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
Carbofuran-3-hydroxy	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Carbaryl	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Carbofuran	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Ethiofencarb-Sulfoxide	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Ethiofencarb	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Methiocarb-Sulfon	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Methiocarb	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
Methomyl	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Oxamyl	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Propoxur	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doeelcomponenten HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
Propoxur	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Thiofanox-Sulfoxide	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Thiofanox-Sulfon	361	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Atrazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Cyanazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Desethylatrazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Desisopropylatrazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
Metribuzine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.05	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Prometryn	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
Propazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Doelelementen HPLC-MS/MS, positieve ionisatie								
Sebutylazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Simazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Terbutylazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Trietazine	1125	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	Q
Di-glyme	1179	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G530	µg/l	
				Grondwater	0.05	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G530	µg/l	
				Proceswater	0.05	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
Tri-glyme	1179	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	
				Proceswater	0.01	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	
Tetra-glyme	1179	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
Doelelementen HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie								
Bromacil	1124	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Bentazon	1124	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G530	µg/l	
Sulcitrione	1124	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G530	µg/l	
				Grondwater	0.2	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G530	µg/l	
				Proceswater	0.2	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G530	µg/l	
2,4,5-T	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
2,4,5-TP	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
2,4-D	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
2,4-DB	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
2,4-DP	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
4-chloorfenoxoxyazijnzuur	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
4-chloorfenoxoxyazijnzuur	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
Dicamba	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.05	G530	µg/l	
MCPA	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
MCPB	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
MCPP	677	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G530	µg/l	
				Afvalwater	0.02	G530	µg/l	
Dinoseb	618	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
Dinoterb	618	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
DNOC	618	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
2-Nitrofenol	618	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2-Nitrofenol		618 LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
4-Nitrofenol		618 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
2,4-Dinitrofenol		618 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G530	µg/l	
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
4-Hydroxydiclofenac		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Aminoantipyrine 4-		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Amiodaron		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Atenolol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Betaxolol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Bezafibrate		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Bezafibrate		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Bisoprolol-A		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Diclofenac		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.5	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Dipyridamole		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Enalpril		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fenofibrate		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.2	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fenoprofen		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.2 0.2 0.2 0.2 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Indomethacine		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater	0.01 0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Indomethacine		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Irbesartan		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Ketoprofen		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Lidocaïne		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Losartan		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Metoprolol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Naproxen		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Paracetamol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pentoxifilline		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Pentoxifylline		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Phenacetin		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Phenazone		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pindolol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Propranolol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Propyphenazone		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Simvastatin		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Totalol		1381 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Sotalol	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Valsartan	1381	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Amantadine	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Capecitabine	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Carbamazepine	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Carbamazepine 10,11-epoxide	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Clenbuterol	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Clozapine	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Coffeïne		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.1 0.1 0.1 0.1 1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Cyclophosphanide		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Estrone		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fluoxetine		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Gabapentin		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Genistein		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Ifosfamide		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Malachite Green		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.01 0.01	G540 G540	µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Malachite Green		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Oxymetazoline		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pipamperone		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Primidone		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Ranitidine		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Salbutamol		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Tamoxifen		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Terbutaline		1384 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Terbutalin	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Trans-10,11 dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine	1384	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Diatrozoic acid	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Iohexol	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Iomeprol	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Iopamidol	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Iopanoic acid	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Iopromide	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Iothalamic acid	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Iothalamic acid	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Ioxithalamic acid	1385	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Acetylsulfamethoxazole	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Amoxicillin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Azithromycin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cefazoline	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cefotaxim	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Ceftazidime	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Ceftazidime		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
Cefuroxime		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
Chlorotetracycline		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Ciprofloxacin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Clarithromycin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cloxacillin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Dapson		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Dicloxacillin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Dimetridazole	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	Q
Doxycycline	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	Q
Enoxacin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	Q
Enrofloxacin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	Q
Erythromycin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	Q
Erythromycin 1	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Erythromycin anydro	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	Q
Flucloxacillin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Flucloxacillin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Flumequine		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Furazolidone		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.5	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Lincomycin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Mebendazole		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Metronidazole		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Norfloxacin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Ofloxacin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.2	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Ofloxacin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Oleandromycin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Oseltamivir		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Oxacillin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Oxolinic acid		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Oxytetracycline		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Penicilllin G		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Penicilllin V		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Ronidazole		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Ronidazole		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Roxithromycin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfachinoxalin		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfachloropyrazidine		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfadiazine		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfadimethoxine		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfamerazine		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfamethazine		1388 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS								
Sulfamethazine	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Sulfamethizole	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfamethoxazole	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfapyridine	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Tetracycline	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Tiamuline	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Trimethoprim	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Tylosin	1388	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
<u>Pharmaceutische stoffen HPLC-MS/MS</u>								
Chloramphenicol	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Clofibric acid	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Furosemide	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	Q
Gemfibrozil	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Hydrochlorothiazide	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	Q
Ibuprofen	1389	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.20	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.20	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.20	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.20	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	2	G540	µg/l	Q
Pharmaceutische componenten Groep 6 / + ionisatie	1605	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
<u>Screening HPLC-MS/MS, positieve ionisatie</u>								
1,2-Benzothiazolin-3-one	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
1,2-Benzothiazolin-3-one	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
1,3-Benzothiazole	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	Q
1,3-dicyclohexylurea	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	2	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
1,3-diphenylguanidine	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
2-(methylthio)benzothiazole	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
2-aminobenzothiazole	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	2	G540	µg/l	Q
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
2-octyl-4-isothiazoline-3-one	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
2-octyl-4-isothiazoline-3-one	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4,5-Dichloro-2-octyl-isothiazolone	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
4-dimethyl-amino pyrine	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4-methyl-1H-benzotriazole	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
5,6-dimethyl-1H-benzotriazool	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
5-methyl-1H-benzotriazole	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Diglyme (Diethylene glycol dimethyl ether)	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
N-Nitroso-diphenylamine	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
N,N,-diethylcarbanalide (1,3-diethyl-1,3-diphenylu	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.3	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.3	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.3	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.3	G540	µg/l	
				Afvalwater	3	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
TPPO (Triphenylphosphine oxide)	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
Tetraglyme	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
Triglyme	1303	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
1-(3,4-dichlorophenyl)urea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.02	G540	µg/l	
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methylurea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
1-(3-chloor-4-methylphenyl) urea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
1-(4-Chlorophenyl)urea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
1-(4-Chlorophenyl)urea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
1-(4-isopropylphenyl)-3-methylurea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
1-(4-isopropylphenyl)urea	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Acetochloor	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Alachloor	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Antranilzuurisopropylamide	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Asulam	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Atrazine	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Atrazine		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Atrazine-2-hydroxy		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Azimsulfuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
BAM (2,6-dichlorobenzamide)		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Benazolin		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Benazolin-ethyl ester		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Benzthiazuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Buturon		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Carbetamide		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Carbetamide	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Carfentrazone-ethyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Chloridazon	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Chlorsulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Cinidon-ethyl-NH4	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
Clodinafop-Propargyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Chloorbromuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Clomazone	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Clomazone	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Clopyralid	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	Q
Chloortoluron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Cloquintocet-metyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Cyanazine	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
Atrazine-desethyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cycloxydim	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
Desmediphan	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Difenoxuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Atrazine-desisopropyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Diflufenican	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Dimethenamide (ESA)	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Dimethenamide (OA)	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Dimethenamide-P	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Diuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Ethofumesate	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Ethofumesate		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.5	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Ethoxysulfuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fenoxaprop-P-Ethyl		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Florasulam		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fluazifop		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fluazifop-P-Butyl		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Flufenacet		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fluometuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater	0.01 0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fluometuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Fluroxypyr-1-methylheptyl ester		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Foramsulfuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Haloxyfop		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Hexazinon		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Trinexapac-ethyl		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Ioxynil		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Irgarol 1051 (Cybutryn)		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Isoproturon		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Isoproturon	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Linuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Mefenpyr-diethyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Mesosulfuron-Methyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Mesotrione	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
Metamitron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Methabenthiazuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Metobromuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Metobromuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	
Metolachloor	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q
Metolachloor (ESA)	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q
Metolachloor (OA)	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q
Metoxuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q
Metribuzin-desamino	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q
Metribuzine	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q
Metsulfuron-methyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Monolinuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Monuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Nicosulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Oxasulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pendimethalin	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Phenmedipham	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pinoxaden	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Prometryn	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Prometryn	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Propachloor	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Propachloor (ESA)	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
Propachloor (OA)	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Propazine	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Prosulfocarb	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Prosulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Pyraflufen-Ethyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pyraflufen-Ethyl		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pyroxsulam		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Quinmerac		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
				Afvalwater	1	G540	µg/l	
Quizalofop-P-Ethyl		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Rimsulfuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Sebutylazine		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Simazine		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulfosulfuron		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Tepraloxydin		1306 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Tepraloxydim	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Terbutylazine	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
Terbutylazine-desethyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Thifensulfuron-methyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Triasulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
Trietazine	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Trisulfuron-methyl	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
Tritosulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Tritosulfuron	1306	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	
Aldicarb-sulfoxide	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Aldicarb-sulfone	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	
Butocarboxim	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Butocarboxim-sulfoxide	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	
Aldicarb	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.05 0.05 0.05	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Butoxycarboxim	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater Afvalwater	0.05 0.5	G540 G540	µg/l µg/l	
Carbaryl	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water	0.01 0.01 0.01	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
				Proceswater Afvalwater	0.01 0.1	G540 G540	µg/l µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Carbofuran	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Carbofuran-3-hydroxy	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Chlorantraniliprole	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Clothianidin	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cyromazine	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide)	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Demeton-O	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Demeton-S-methyl	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Demeton-S-methyl	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
Ethiofencarb-sulfoxide	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Ethiofencarb	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Etrimfos	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Fenamiphos	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Fenoxy carb	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Fosthiazate	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Heptenophos	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Heptenophos		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Imidacloprid		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Indoxacarb		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Methamidophos		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Methiocarb		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Methiocarb-sulfon		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Methomyl		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Methoxyfenozide		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Mevinfos cis		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Mevinfos cis	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Mevinfos trans	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Omethoate	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Oxamyl	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Phosalone	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
Phosphamidon isomeren	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Phoxim	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Piperonyl-butoxide	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Piperonyl-butoxide		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pirimiphos-methyl		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Propoxur		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pymetrozine		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Spinosad		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Spinosyn A		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Spinosyn D		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Tebufenpyrad		1305 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Thiacloprid	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Thiamethoxam	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Thiodicarb	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Thifanox-sulfon	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Thifanox-sulfoxide	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Triazamate	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Triazophos	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Trichlorfon	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.1	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Trichlorfon	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.1	G540	µg/l	
				Proceswater	0.1	G540	µg/l	
Vamidothion	1305	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G540	µg/l	
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	
Azoxystrobin	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
Benthiavalicarb-Isopropyl	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Boscalid	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Bupirimaat	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.05	G540	µg/l	
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	
Carbendazim	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Carbendazim		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cyazofamid		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cymoxanil		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cyproconazole C		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Cyprodinil		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Diethofencarb		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Difenconazole		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Dimethomorph (isomeren)		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
DMSA (Dimethylphenylsulfonyldiamide)		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
DMSA (Dimethylphenylsulfonyldiamide)	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
DMST (dimethyltolysulfonyldiamide)	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
Dodemorph (isomeren)	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
Epoxiconazole	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
Famoxadone nh4	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
Fenhexamid	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Fenpropidin	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Fenpropimorph	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Fenpropimorph		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Fluopicolide		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Fluoxastrobin		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Flutolanil		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Furalaxyd		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Imazalil		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Iprodion		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Kresoxim-methyl		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Mandipropamid	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Mepanipyrim	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Metalaxyl	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Metconazole	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Metrafenon	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Oxadixyl	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Penconazole	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Pencycuron	1316	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pencycuron		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l	Q
Picoxystrobin		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Prochloraz		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Propamocarb		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Propiconazool (isomeren)		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Prothioconazole-desthio		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Pyraclostrobin		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Pyrimethanil		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Pyrimethanil		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Quinoxafen		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Tebuconazole		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Thiabendazole		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Triadimenol (isomeer A)		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Trifloxystrobin		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Triflumizole		1316 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
<u>Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie</u>								
Fluazinam		1301 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
Fludioxonil		1301 LC-MS/MS	Eigen methode	Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
				Drinkwater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie								
Fludioxonil	1301	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Fipronil	1298	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
Flonicamid	1298	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
2-4-5 trichloorenoxyazijnzuur (245T)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
2-4-5-Trichloorenoxypropionzuur (245TP)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
2-4-Dichloorenoxyazijnzuur (24D)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	Q
4-(2-4-dichloorenoxy) boterzuur (24DB)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	Q
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	Q
2,4-dichloorenoxypropionzuur (24DP)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie								
2,4-dichloorfenoxypyropionzuur (24DP)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
4-Chloorfenoxyazijnzuur(4-CPA)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Acetochloor (ESA)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Alachloor (ESA)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Amidosulfuron	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
Bentazon	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Bromacil	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G540	µg/l	
Bromoxynil	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.01	G540	µg/l	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie								
Dicamba		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.5 0.5 0.5 0.5 5	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Dinoseb		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Dinoterb		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.02 0.02 0.02 0.02 0.2	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
4-6-Dinitro o-cresol (DNOC)		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.01 0.01 0.01 0.01 0.1	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Flufenacet (ESA)		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.5	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Flufenacet (OA)		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.05 0.05 0.05 0.05 0.5	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
Fluroxypyr		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater Oppervl-water Proceswater Afvalwater	0.2 0.2 0.2 0.2 2	G540 G540 G540 G540 G540	µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l	Q
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur (MCPA)		1299 LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater Grondwater	0.01 0.01	G540 G540	µg/l µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie								
2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur (MCPA)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur (MCPB)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.02	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.02	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.02	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.02	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.2	G540	µg/l	
2-[4-chloor-2-methylfenoxy]propionzuur (MCPP)	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Sulcotrione	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.2	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.2	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.2	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.2	G540	µg/l	
				Afvalwater	2	G540	µg/l	
Tembotrione	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Topramezone	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Triclopyr	1299	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.05	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.05	G540	µg/l	
				Oppervl-water	0.05	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.05	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.5	G540	µg/l	
2-4-Dinitrofenol HPLC-MS/MS, neg. Ionisatie	1300	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G530	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G530	µg/l	
				Oppervl-water	0.01	G530	µg/l	Q
1H-Benzotriazole	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
Screening HPLC-MS/MS, negatieve ionisatie								
1H-Benzotriazole	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
2,4-Dinitrofenol	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
5-chloro-1H-benzotriazole	1180	LC-MS/MS	Eigen methode	Drinkwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Grondwater	0.01	G540	µg/l	Q
				Oppervl-water	0.01	G540	µg/l	Q
				Proceswater	0.01	G540	µg/l	
				Afvalwater	0.1	G540	µg/l	
Uitbestedingen								
Anion Actieve Detergenten	1011	Uitbesteding	Conform NEN-EN 903			G111	mg L.SO4/I	
Assimileerbaar Organisch Koolstof (A.O.C.)	1010	Uitbesteding	Eigen methode			G831	µg/l	
AOX	228	Uitbesteding				G509	µg/l	
BZV	625	Uitbesteding	Eigen methode			P519	mg O2/I	
Bromaat	1006	Uitbesteding	Eigen methode			G512	µg/l	
CZV	624	Uitbesteding	Eigen methode			G508	mg O2/I	
EDTA	1206	Uitbesteding	Eigen methode			G250	µg/l	
NTA	1206	Uitbesteding	Eigen methode			G250	µg/l	
DTPA	1206	Uitbesteding	Eigen methode			G250	µg/l	
Endotoxinen	1517	Uitbesteding				P301	EU/ml	
						P301	EU/ml	
Epichloorhydrine	1002	Uitbesteding	Eigen methode			G512	µg/l	
Extraheerbaar organisch halogeen (EOX)	724	Uitbesteding	Conform ISO 17294-1			G512	µg/l	
Minerale Olie (GC)	123	Uitbesteding	Eigen methode			G509	µg/l	
Salmonella	723	Bevestiging	Conform ISO 6340			NA	kve/l	
Stikstof-Kjeldahl	627	Uitbesteding	Eigen methode			G508	mg N/I	
Sulfide	171	Uitbesteding	Eigen methode			G512	mg/l	
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	1500	Uitbesteding	Niet van toepassing			G143	mg/l	
Tritium	632	Uitbesteding	Conform NVN 5622			G512	BQ/I	

Parameter / component	Code	Meettechniek	Toepaste methode	Matrix	Rapportagegrens	Fles	Eenheid	Q
*			De pH wordt na monsterneming binnen 24 uur gemeten op het laboratorium en kan in zwak gebufferd water afwijken van een "in-situ" gemeten waarde.					
**			Bij membraanfiltratietechnieken (coliformen, E. coli, enterococcen, sulfiet reducerende clostridia, (thermotolerante) bacteriën van de coligroep, faecale streptococcen, koloniegetal 25°C, en pseudomonas) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 80 verdachte kve/plaat. Bij de gietplaatmethode (koloniegetal 22 °C, 30 °C en 37 °C) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 10 en 300 kve/plaat. Bij de gietplaatmethode (bacteriوفagen en somatische fagen) geldt een statistisch significant telgebied tussen de 30 en 300 getelde plaques Bij de strijkplaatmethode (koloniegetal R2A 25 °C en legionella species) geldt een statistisch significant telgebied tussen 10 en 300 kve/plaat. Indien er een telling boven de hierboven genoemde telgebieden gerapporteerd wordt, kan de gerapporteerde waarde als indicatief worden beschouwd. Gerapporteerde waarden tussen de 3-9 kolonies welke zijn aangetoond in het geanalyseerde monstervolume, zijn vanuit statisch oogpunt relatief onbetrouwbaar volgens ISO 8199. Hierdoor moet deze waarde als indicatief worden beschouwd. Indien er waarden van 1-2 kolonies worden gerapporteerd in het geanalyseerde monstervolume, wordt het resultaat beschouwd als aanwezig. Indien er 0 kolonies worden gerapporteerd in het geanalyseerde monstervolume, betekent dit dat er geen (specifieke) micro-organismen aangetoond zijn in het geanalyseerde monstervolume.					

Methoden Monsterneming

Methode	Omschrijving	Conform
VL-W-MN01	Monsterneming ten behoeve van anorganische en organische analyses.	Conform NEN-EN-ISO 5667-5
VL-W-MN02	Monsterneming uit waarnemingsbuizen (inclusief anaerobe in-line filtratie van water) ten behoeve van anorganische- en organische analyses.	Conform NTA 8017 Conform NEN 6600-2
VL-W-MN03	Steekbemonstering met behulp van een bemonsteringsbeker ten behoeve anorganische-, organische analyses	Conform NTA 8017
VL-W-MN04	Monsterneming uit waarnemingsbuizen (inclusief anaerobe in-line filtratie van water) ten behoeve van anorganische- en organische analyses.	Conform NTA 8017 Conform NEN 6600-3
VL-W-MN05	Monsterneming ten behoeve van organische-, anorganische en microbiologische analyses	Conform NTA 8017 Conform NEN-6600-3
VL-W-MN08	Monsterneming ten behoeve van de koperenbuizenproef	Kiwa mededeling nr. 111, koperagifte door drinkwaterleidingen.
VL-W-MN10	Monsterneming ten behoeve van de methaananalyse (analyse met intern referentienummer VL-W-OC05)	Conform NEN-EN-ISO 5667-5
VL-W-MN11	Monsterneming ten behoeve van Legionella onderzoek. (analyse met intern referentienummer VL-W-MB48 en VL-W-MB18)	Conform NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458
VL-W-MN14	Meting van de grondwaterstand met peillint	Conform NEN 5766
VL-W-MN15	Meting van het doordicht met behulp van de Secchischijf	Conform NEN 6606
VL-W-MN16	Bepaling van de temperatuur in-situ van water	Conform NEN 6414
VL-W-MN17	Bepaling van de pH in-situ van water met behulp van potentiometrie	Eigen methode
VL-W-MN18	Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) in-situ van water met behulp van conductometrie	Eigen methode
VL-W-MN20	Fotometrische bepaling van het gehalte aan vrij en totaal beschikbaar chloor in water	Conform NEN-EN-ISO 7393-2
VL-W-MN26	Monsterneming van water voor benthos onderzoek	Kiwa-huisvoorschriften LMB-024
VL-W-MN27	Monsterneming van water voor plankton onderzoek	Kiwa-huisvoorschriften LMB-023
VL-W-MN28	Monsterneming ten behoeve van kalkpellets m.b.v. van een bemonsteringsbeker	GMP+ BA13 (annex 6 en 7)
VL-W-MN29	Monsterneming ten behoeve van fulvinezuur (HumVI)	GMP+ BA13
VL-W-MN32	Monsterneming van water uit apparaten voor thuisdialyse	Eigen methode
VL-W-MN33	Monsterneming van oppervlakken m.b.v. stempelplaten	Eigen methode
VL-W-MN34	Bemonstering bovenwater van filters en sproeikamers.	Eigen methode
VL-W-MN35	Bepaling van opgelost zuurstof in-situ op basis van luminescentie	Eigen methode
VL-W-MN36	Monsterneming ten behoeve van microbiologische analyses	Conform NEN-EN-ISO 19458
VL-W-MN37	Monsterneming ten behoeve van de analyse van assimileerbare organische koolstof (AOC)	Conform NEN 6271
VL-W-MN38	Monsterneming van drinkwater ten behoeve van chemische en microbiologische analyses middels het plaatsen van een standpomp op ondergrondse brandkranen.	Conform NEN-EN-ISO 5667-5 en NEN-EN-ISO 19458